

СЕРЖДАЮ.
ВНИМАТ
(Б. И. ЛЕОНОВ)
19 81

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


о токсикологических испытаниях аккупунктурным игл, циркулярных кнопок
(название полимерного материала)

и микроигл
или изделия, ГОСТ, ТУ, марка или условный шифр)

1. Область и способ применения иглорефлексотерапия

2. Рецепттура полимерной композиции с указанием химических названий ингредиентов, их количеств и нормативной документации на них (ГОСТ, ТУ)

иглы, кнопки, микроиглы - сталь 12Х18Н10Т или 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-78
ручка иглы - никелированная медь М1 ГОСТ 359-78
или нейзильбер ШНЦ 15-20 ГОСТ 492-52



3. Материал или изделие разработано Центр государственного предприятия
(наименование организации)

"Редокс"

4. Испытания проведены на основании письма № от 29.01.81
(наименование, номер, дата документа)

5. Цель испытаний: гигиеническая оценка изделий

38
[Signature]