

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Всесоюзного научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники Минздрава СССР



Б.И.Леонов

198 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о научно-техническом уровне разрабатываемого изделия медицинской техники (спережающем, соответствующем или не соответствующем существующему уровню развития науки и техники)

Заключение о научно-техническом уровне изделия медицинской техники составлено на этапе разработки (или МТХ), на этапе постановки на производство (по ТУ) (ненужное зачеркнуть)

1. Наименование изделия Акупунктурные иглы

2. За базовый образец принят Иглы для акупунктуры Ф. KANAKEN Medical INSTRUMENTS Япония, СССР ТУ64-1-2098-81

3. Номенклатура показателей оценки 1. Материал, 2. шероховатость поверхности, мкм, 3. Радиус пригупления острия, 4. Кол-во типоразмеров в упаковке 5. Устойчивость к обработке (пред тер. очистка, дезинфекция, стерилизация)

4. Выбранный метод оценки комплексный

5. Соответствие международным стандартам ИСО, МЭК (проектам)
соотв. МЭК 2479-80

Handwritten signature and initials

6. Сравнение с результатами испытаний лучших зарубежных образцов
(при их наличии)

не проводились

Показатели:

- превосходства 2 (отн. аналога СССР (

- соответствия I, 3, 4, 5

- несоответствия 2 (отн. аналога Японии)

Заключение: МТТ, ТУ

~~- обеспечивает опережающий уровень развития науки и техники~~

~~- соответствует существующему уровню развития науки и техники~~

~~- не соответствует существующему уровню развития науки и техники~~

(ненужное зачеркнуть)

³⁶ Заведующий научно-тематическим
отделом № 23

Веденков В.Г. Веденков В.Г.
" 1 " 02 1981г

Эксперты: ВЕд. инж.23.1

Берлина Т.Н. Берлина Т.Н.
" 29 " 01 1981г

(занимаемая должность,
ученая степень)

Инж. I кат

Бокова Л.Б. Бокова Л.Б.
" " _____ 1981г